

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156.4.../TMCB-DBD

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 Năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

Địa chỉ trụ sở: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai,
Việt Nam

Mã số thuế: 4100259564

Điện thoại: 0256.3846500.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) trân trọng mời
cơ quan, doanh nghiệp tham gia chào giá cho gói thầu: **Cung cấp dây cáp và đầu dò DO**
cho Chi Nhánh Nhơn Hội.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: **Từ 8h ngày 13/07/2026.**
- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ chào giá: **08h00 ngày 18/07/2026**
- Thời gian mở hồ sơ chào giá: **9h00 ngày 18/07/2026**
- Cách thức NCC nhận hồ sơ yêu cầu chào giá: Nhà thầu tham gia dự thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được cung cấp miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá tại website Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar): <https://bidiphar.com/>, (*Thông tin mời thầu Archives - Bidiphar*)
- Cách thức NCC nộp hồ sơ chào giá:
 - ☐ Nộp trực tiếp tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
 - ☒ Nộp qua email: **muasam@bidiphar.com**

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) kính mời các
nhà cung cấp tham dự chào giá cho gói thầu nêu trên.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TỈNH GIA LAI
Bành Thị Ngọc Quỳnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

TÊN GÓI THẦU : CUNG CẤP DÂY CÁP VÀ ĐẦU DÒ DO CHO CHI NHÁNH NHƠN HỘI

BÊN MỜI THẦU : CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bành Thị Ngọc Quỳnh

A. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Mục 1. Nội dung mời thầu: Chủ đầu tư mời nhà thầu đủ năng lực nộp hồ sơ năng lực và bảng giá chào hàng tham dự thầu gói thầu sau đây:

1. Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

- Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Điện thoại: +84 (256) 3846500

- Fax: +84 (256) 3846846

- Email: info@bidiphar.com

- Website: bidiphar.com

2. Tên gói thầu: **Cung cấp dây cáp và đầu dò DO cho Chi Nhánh Nhơn Hội**

3. Nội dung gói thầu: **Cung cấp dây cáp và đầu dò DO cho Chi Nhánh Nhơn Hội** thể như sau:

TT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1	Cung cấp dây cáp và đầu dò DO cho Chi Nhánh Nhơn Hội	<i>Theo phần B</i>	Hệ	1

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: **Nhà cung cấp mô tả rõ thời gian giao hàng (ưu tiên giao hàng sớm)**

6. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: **Vốn của công ty**

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: **Chào hàng cạnh tranh.**

8. Hình thức hợp đồng: **Trọn gói**

9. Thời gian nộp báo giá: **trước 8h00 ngày 18/07/2026**

10. Nộp qua email: muasam@bidiphar.com

Mục 2. Yêu cầu tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có quyết định thành lập, đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp (**Nhà thầu Cung cấp giấy phép kinh doanh**);

2. Hạch toán tài chính: độc lập.

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả; không đang trong thời gian bị cấm dự thầu;

4. Độc lập về pháp lý theo quy định

Mục 3. Yêu cầu về năng lực của nhà thầu

Có ít nhất 1 năm hoạt động trong lĩnh vực dự thầu

Mục 4. Làm rõ yêu cầu:

Trường hợp nhà thầu muốn được làm rõ yêu cầu nội dung thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, email...).

Mục 5. Yêu cầu đối với dự thầu và báo giá

1. Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Việt
2. Nhà thầu phải nộp đúng thời gian các nội dung sau đây:
 - a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ (giấy phép kinh doanh).
 - b) Có đơn xin dự thầu và báo giá theo **mẫu số 1 & mẫu số 3**

Mục 6. Ủy quyền

Trường hợp đại diện hợp pháp của nhà thầu đi vắng hoặc vì lý do khác không thể ký vào báo giá và các văn bản liên quan thì phải có giấy ủy quyền theo **mẫu số 2**

Mục 7. Đánh giá báo giá

Báo giá được đánh giá trúng thầu khi:

- a) Có đơn dự thầu và báo giá đúng theo yêu cầu
- b) Có giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)
- c) Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ
- d) Giá chào thấp nhất

Mục 8. Thương thảo và ký hợp đồng

a) Thương thảo hợp đồng : Nếu nhà thầu có đề xuất khác với nội dung yêu cầu thì hai bên thương thảo về những vấn đề nhà thầu đề xuất

b) Ký hợp đồng : Hợp đồng được lập theo mẫu quy định. Nội dung hợp đồng bao gồm cả những nội dung đã được thương thảo

B. PHẠM VI, YÊU CẦU: Cung cấp dây cáp và đầu dò DO cho Chi Nhánh Nhơn Hội

TT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Ghi chú
1	Dây cáp VP8-ST/5m	- Dây cáp nối: VP8 - Thân cảm biến: inox 316L	Cái	3	Hàng chính hãng Mettler Toledo (Tài liệu đính kèm)
2	Cảm biến DO InPro6860i/12/1 20/nA	- Phạm vi nhiệt độ: InPro 6860i: - 20 to 140 °C - Dây cáp và đầu dò kết nối được với màn hình M800	Cái	2	


Yêu cầu khác:

- Cảm biến phải có giấy chứng nhận hiệu chuẩn
- Hình thức thanh toán: Công nợ ≥ 30 ngày

10
NG
PH
ANG
BINH
IDIP
H G

[Signature]

Details



Ordering Information

Product Description	Order Number
J-Box BTLE	30 365 368
InPro 6860i T-82 Adapter for Biocontroller Retrofit	30 083 984
InPro 6860i VP6 Adapter for Biocontroller Retrofit	30 083 985
Power supply 24 V 0.75 A angled plug	30 323 961

O₂ Accessory Cables (for J-Box BTLE to InPro 6860i sensor)

Product Description	Order Number
Cable, VP-8, 1m, Female VP	30 094 370
Cable, VP-8, 3m, Female VP	30 094 371

ISM pH Accessory Cables (for J-Box BTLE to ISM pH sensor)

Product Description	Order Number
Cable, AK9, 1m, Female BNC	59 902 168
Cable, AK9, 3m, Female BNC	59 902 194

Biocontroller Retrofit Cables for InPro 6860i

VP6 (analog)	Order Number	VP8 (digital)	Order Number
All standard VP6 (analog)	see table, pp. 134/135	VP8-ST, 1 m (3.3 ft)	52 300 353
VP6 Connector BNC, 1 m (3.3 ft)	30 032 730	VP8-ST, 3 m (9.9 ft)	52 300 354
VP6 Connector BNC, 3 m (9.9 ft)	30 032 731	VP8-ST, 5 m (16.4 ft)	52 300 355
VP6 Connector LEMO, 1 m (3.3 ft)	30 032 732	VP8-ST, 10 m (32.8 ft)	52 300 356
VP6 Connector LEMO, 3 m (9.9 ft)	30 032 733	VP8-ST, 15 m (49.2 ft)	52 300 357
VP6 Connector Lumberg, 1 m (3.3 ft)	30 032 734	VP8-ST, 20 m (65.6 ft)	52 300 358
VP6 Connector Lumberg, 3 m (9.9 ft)	30 032 735	VP8-ST, 35 m (114.8 ft)	52 300 359



Did You Know

The J-Box BTLE is an ideal solution to retrofit biocontrollers with InPro 6860i and ISM pH sensors. The integral 2.5 mm × 5.5 mm barrel connector enables simplified power connection. METTLER TOLEDO recommends using a three-pronged grounded 24 V DC power supply for best performance.




Additional Cable Options

METTLER TOLEDO offers a wide variety of oxygen and pH cables for connecting the J-Box BTLE or InPro 6860i Adapter to your biocontrollers. Please contact your local representative to learn more about our available options.

InPro 6860i Optical Oxygen Sensor

Easy Handling, Exceptional Performance



InPro 6860i

InPro 6860i HD

Features Overview

- Plug and Measure
- Outstandingly fast service
- Immediate availability without need of polarization
- No electrolyte handling
- Low detection limit
- Highest signal stability
- Fast response time
- All wetted parts in accordance to FDA and USP Class VI-standards
- Sterilizable and autoclavable
- Hygienically polished surface
- Digital ISM technology

Combining innovative ISM technology with high-end optical measurement, METTLER TOLEDO offers optical oxygen sensors fully suitable for biopharma applications. The InPro 6860i offers highly accurate oxygen measurement with enhanced stability, and easy handling without electrolyte change or time-consuming polarization procedures. The sensor is equipped with a digital interface (digital ISM and Modbus RTU) plus analog output signal for direct integration into existing biocontrollers, analog transmitters and into process environments including HART communication protocol.

Integrates ISM technology

With ISM, the installation, maintenance, and safety of the system is drastically improved. All sensor relevant data are stored in the sensor. Pre-calibrated systems transfer the data automatically to the transmitter and are therefore ready for measuring within seconds. Changes in the measuring system are monitored via the Dynamic Lifetime Indicator. With these features, error-free and safe operation of the sensor and the transmitter is assured. For more information see ISM introduction pages 10–11.

Specifications


Performance	
Operating range	0 ppb to saturation (3 bar)
Accuracy	$\leq \pm [1\% + 8 \text{ ppb}]$
Response time at 25 °C (77 °F) (Air → N ₂)	98% of final value in <90s
Construction	
Measuring principle	Fluorescence quenching
Cable connection	VP8
Connector design	Straight
Process connection	Pg 13.5
Sensor body	316L stainless steel
OptoCap membrane material	PTFE
Surface roughness of wetted parts	N5/R _a 16 (R _a = 0.4 µm / 16 µin)
O-ring material	EPDM (FDA positive listed)
Sensor diameter	12 mm
Working Conditions	
Temperature compensation	Automatic
Measuring temperature range	5 to 60 °C (41 to 140 °F)
Environmental temperature range	InPro 6860i: -20 to 140 °C (-4 to 284 °F) (sterilizable, autoclavable)
Operating pressure	0.2 to 6 bar (2.9 to 87 psi absolute)
Design pressure	Maximum 6 bar (87 psi absolute)
Certificates and Approvals	
METTLER TOLEDO Quality Certificate	
FDA/USP Class VI, 3.1, N5/R _a 16	
ATEX	

► www.mt.com/InPro6860i

Ordering Information

Sensor	Length	nA	mA; HART	Modbus	OptoCap BT02T	OptoCap BT02THD	Order Number
InPro 6860i nA	120mm	•		•	•		30 014 100
InPro 6860i nA	220mm	•		•	•		30 014 101
InPro 6860i nA	320mm	•		•	•		30 014 102
InPro 6860i nA	420mm	•		•	•		30 014 103
InPro 6860i nA HD	120mm	•		•		•	30 449 703
InPro 6860i nA HD	220mm	•		•		•	30 449 704
InPro 6860i nA HD	320mm	•		•		•	30 526 901
InPro 6860i nA HD	420mm	•		•		•	30 526 902
InPro 6860i nA HD	590mm	•		•		•	30 526 903
InPro 6860i mA	120mm		•	•	•		30 129 734
InPro 6860i mA	220mm		•	•	•		30 129 735
InPro 6860i mA	320mm		•	•	•		30 129 736
InPro 6860i mA	420mm		•	•	•		30 129 737
InPro 6860i mA HD	120mm		•	•		•	30 449 705
InPro 6860i mA HD	220mm		•	•		•	30 449 706
InPro 6860i mA HD	320mm		•	•		•	30 526 900
InPro 6860i mA HD	420mm		•	•		•	30 532 157
Transmitter							Order Number
M400 Type 2							30 374 112
M400 Type 3							30 374 113
M400/2H							30 025 514
M400/2(X)H							30 025 515
M400 FF							30 026 616
M400 FF 4-wire							30 374 121
M400 PA							30 026 617
M800 Process, 1-channel							30 026 633
M800 Process, 2-channel							52 121 813
M800 Process, 4-channel							52 121 853
M800 Process, 1-channel SST							30 246 551
M800 Process, 2-channel SST							30 246 552
M800 Process, 4-channel SST							30 246 553
InPro 6860i Consumables							Order Number
OptoCap BT02T (InPro 6860i)							30 018 857
OptoCap BT02THD							30 302 172
Accessories							Order Number
iLink Multi (incl. automated humidity and pressure compensation)							30 130 631
iLink Multi Cable/Set oDO (Cable set for all oDO sensors)							30 355 582
Housing Retrofit kit							52 403 811
Power supply in case of need for analog installation of InPro 6860i							30 014 119

OptoCap replacement



OptoCap – BT02T
electropolished,
delivers a hygieni-
cally polished sur-
face.

OptoCap – BT02THD
stabilizes the mea-
surement signal by
it's hydrophilic sur-
face by avoiding air
bubble interference.



Did You Know

The optical oxygen sensors can be used in conjunction with all M400 and M800 transmitters as well as with existing analog and digital MODBUS installations.



Did You Know

Oxygen bubble interference can be a common issue when optical oxygen sensors are installed vertically. The new OptoCap™ (BT02THD) with its proprietary design has a surface treatment that efficiently reduces these interferences. This allows greater production control leading to consistent yield, batch to batch.

Suitable Housings

	p.
InFit 761 e.....	112
InTrac 777 e.....	121
InTrac 797 e.....	122
InTrac 781	123
InTrac 785 e.....	124

C. BIỂU MẪU**Mẫu số 1****ĐƠN CHÀO GIÁ**

Ngày: _____ [Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]
Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]
Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo thông báo mời chào hàng (nếu có)]

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).**

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số _____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Hạch toán tài chính: độc lập
4. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
5. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
6. Độc lập về pháp lý theo quy định.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian 1 năm, kể từ ngày _____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 2

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm, tại

Tôi là, số CMND hoặc số hộ chiếu:, chức danh,
là người đại diện theo pháp luật của, có địa chỉ tại, bằng văn
bản này ủy quyền cho, số CMND hoặc số hộ chiếu:, chức danh
..... thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia thầu gói thầu
..... do Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tổ
chức:

- Ký đơn dự thầu và báo giá
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia
thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ đơn và báo giá
- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư (bên mời thầu)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền
với tư cách là đại diện hợp pháp của Tôi (ghi tên người ủy quyền)
chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do (ghi tên người được ủy quyền)
thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày đến ngày Giấy ủy
quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ
01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản.

Người được ủy quyền
(Ghi tên, chức danh, ký và đóng
dấu)

Người ủy quyền
(Ghi tên, chức danh, ký và đóng
dấu)

Mẫu số 03

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

Bên mời thầu đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm bản yêu cầu báo giá này. Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết theo bảng sau để nhà thầu điền giá chào cho từng hạng mục.

1	2	3	4	5	6	7
STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá	Thành tiền (Cột 5x6)
I	Hạng mục 1:					A
1						
2						
II	Hạng mục 2: ...					B
...						
....						
Giá chào (A + B + ...)						

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Cột (2) (3) (4) (5) do bên mời thầu ghi cho phù hợp với gói thầu. Cột (6) và (7) do nhà thầu chào.